

FUNCIONAMIENTO PASO A PASO DE ALLON®: modo de Normotermia (predeterminado)

Indicaciones de uso: Mantenga la temperatura corporal preestablecida según lo determine el médico. Mantenga la temperatura corporal normal durante las intervenciones quirúrgicas en pacientes adultos y pediátricos.

1. CONFIGURACIÓN

1. Coloque la unidad Allon en la ubicación deseada y bloquee las ruedas delanteras.
2. Rellene el depósito de agua de forma que el nivel se encuentre entre las dos líneas rojas utilizando únicamente **agua corriente filtrada a 0,22 micras o agua estéril**.
3. Coloque el ThermoWrap® apropiado en la mesa de quirófano (*consulte las instrucciones de uso del ThermoWrap*).
4. Conecte los tubos de agua al ThermoWrap y al dispositivo Allon (un sonido de clic indicará que cada tubo se ha conectado). Asegúrese de que las pinzas del ThermoWrap estén abiertas.
5. **ENCIENDA** el dispositivo Allon. Se realizará un autodiagnóstico completo.
6. El precalentamiento del agua se realiza automáticamente después del autodiagnóstico.
7. Una vez terminado, el sistema comienza a hacer fluir agua tibia automáticamente al ThermoWrap.
8.  Puede seleccionar la temperatura del punto de ajuste (el punto de ajuste predeterminado = 37,0 °C en el modo de Normotermia) o seleccionar la temperatura de salida del agua en el modo Manual (temperatura predeterminada = 38,5 °C) mediante el botón Punto de ajuste.

2. CALENTAMIENTO

1. Coloque al paciente en el ThermoWrap (después de que la envoltura se rellene con agua). Consulte las instrucciones de uso de ThermoWrap.
2. Conecte el cable **Central** al enchufe **Core** situado en la parte derecha y el cable **Superficie** al enchufe **Surface** situado en la parte izquierda del sistema, haciendo coincidir los colores gris con gris y verde con verde. A continuación, enchufe las sondas de temperatura en los cables adaptadores correspondientes.
3. Inserte la sonda **Central** en el paciente y acople la sonda **Superficie** en la piel del paciente.
4. Fije el ThermoWrap en el paciente.
5.
 - En el modo de Normotermia, la temperatura del paciente ahora está regulada por Allon según lo establecido por el médico.
 - En el modo Manual, la temperatura del agua ahora está regulada por Allon según lo establecido por el médico.



*Este documento no reemplaza el requisito de leer el manual del usuario completo de Allon.

3. ENFRIAMIENTO

1. Al enfriar al paciente, Allon debe cambiarse al modo en espera.
2. Seleccione **ESPERA** en el menú y mantenga este modo hasta que el médico desee que la máquina se caliente.
3. Para reanudar el calentamiento con Allon, seleccione **OPERAR** en el menú.



4. DESCONEXIÓN

1. Cambie al modo en espera y espere unos minutos.
2. Sujete los conectores firmemente en el ThermoWrap, desenvuelva al paciente y retire las sondas de este.
3. Desconecte el ThermoWrap de Allon.
4. Deshágase del ThermoWrap y de las sondas desechables.

5. CUIDADO Y MANTENIMIENTO POSTERIOR AL USO

1. Para la limpieza y desinfección de superficies externas, consulte el Capítulo 6 del Manual de usuario de Allon (DDT-063-000).
2. Para obtener instrucciones sobre la desinfección del circuito de agua, consulte el Capítulo 6 del Manual del Usuario de Allon (DDT-063-000) o las instrucciones de desinfección del circuito de agua de Allon (701-00744).

6. ¿SABÍA QUE...?

1. El uso de ThermoWrap **NO** sustituye a las pautas de prácticas comunes para prevenir las llagas. Continúe con las medidas preventivas estándar de llagas cuando use el ThermoWrap.
2. Un ThermoWrap **NO** se debe usar como herramienta para levantar o mover al paciente.
3. Evite la acumulación de líquidos entre la piel y el ThermoWrap.

